

### 3、 投标分项报价表

报价单位：人民币元

序号	设备名称	品牌	型号	规格	制造商名称	原产地(国)	交货期	交货地点	数量	单位	单价	合价	备注		
1	氨氮分析仪	泽天春来	WDet-7000 型	检测范围	0~10mg/L, 可调		杭州泽天春来科技股份有限公司	中国	合同签订之日起120天内, 完成全部20台(套)仪器的供货、安装、调试、集成及验收工作	采购人指定地点	5	台	50000.00	250000.00	无
				零点漂移	$\leq 0.015\text{mg/L}$										
				量程漂移	$\leq 1.0\%$										
				示值误差	标液浓度为 2.0 mg/L 时	$\pm 7.0\%$									
					标液浓度为 5.0 mg/L 时	$\pm 4.5\%$									
					标液浓度为 8.0 mg/L 时	$\pm 2.5\%$									
				重复性	$\leq 1.5\%$										
				记忆效应	标液浓度为 2.0 mg/L 时	$\pm 0.25\text{mg/L}$									
					标液浓度为 8.0 mg/L 时	$\pm 0.15\text{mg/L}$									
				检出限	$\leq 0.05\text{mg/L}$										
				pH 干扰试验	$\pm 6.0\%$										
				实际水样比对试验	水样浓度 < 2.0mg/L	$\leq 0.2\text{mg/L}$									
					水样浓度 $\geq 2.0\text{mg/L}$	$\leq 10.0\%$									
最小维护周期	$\geq 168\text{h}$														

2	总磷分析仪	泽天春来	WDet-7000TPN型	检测范围	0~2mg/L, 0~20mg/L, 可调		杭州泽天春来科技股份有限公司	中国	合同签订之日起120天内, 完成全部20台(套)仪器的供货、安装、调试、集成及验收工作	采购人指定地点	4	台	50000.00	200000.00	无	
				零点漂移	±4%											
				量程漂移	±9%											
				线性	±10%											
				重复性	±8%											
				检出限	≤0.01mg/L											
				实际水样比对试验	±10%											
				3	总氮分析仪	泽天春来										WDet-7000TPN型
				零点漂移	±4.5%											
				量程漂移	±8%											
				线性	±9%											
				重复性	±10%											
				检出限	≤0.1mg/L											
				实际水样比对试验	±10%											
4	水质五参数在线监测仪	泽天春来	WDet-500型	水温	检测范围	0℃~60℃, 可调		杭州泽天春来科技股份有限公司	中国	合同签订之日起120天内, 完成全部20	采购人指定地点	4	套	65000.00	260000.00	无
					准确度	±0.5℃										
				pH	检测范围	pH 0~14 (0~40℃), 可调										
					重复性	±0.08pH										



				<table border="1"> <tr> <td>检测范围</td> <td>0~4000NTU, 可调</td> </tr> <tr> <td>重复性</td> <td>±4%</td> </tr> <tr> <td>零点漂移</td> <td>±2.5%</td> </tr> <tr> <td>量程漂移</td> <td>±4%</td> </tr> <tr> <td>线性误差</td> <td>±5%</td> </tr> <tr> <td>实际水样比对试验</td> <td>±10%</td> </tr> <tr> <td>防护等级</td> <td>≥IP65</td> </tr> </table>	检测范围	0~4000NTU, 可调	重复性	±4%	零点漂移	±2.5%	量程漂移	±4%	线性误差	±5%	实际水样比对试验	±10%	防护等级	≥IP65										
检测范围	0~4000NTU, 可调																											
重复性	±4%																											
零点漂移	±2.5%																											
量程漂移	±4%																											
线性误差	±5%																											
实际水样比对试验	±10%																											
防护等级	≥IP65																											
5	高锰酸盐指数分析仪	泽天春来	WDet-5000Mn型	<table border="1"> <tr> <td>检测范围</td> <td>0~20mg/L, 可调</td> </tr> <tr> <td>零点漂移</td> <td>±4%</td> </tr> <tr> <td>量程漂移</td> <td>±4%</td> </tr> <tr> <td>葡萄糖试验</td> <td>±5% (测量误差)</td> </tr> <tr> <td>重复性</td> <td>±4%</td> </tr> <tr> <td>检出限</td> <td>≤0.5mg/L</td> </tr> <tr> <td>实际水样比对试验</td> <td>±10%</td> </tr> </table>	检测范围	0~20mg/L, 可调	零点漂移	±4%	量程漂移	±4%	葡萄糖试验	±5% (测量误差)	重复性	±4%	检出限	≤0.5mg/L	实际水样比对试验	±10%	杭州泽天春来科技股份有限公司	中国	合同签订之日起120天内, 完成全部20台(套)仪器的供货、安装、调试、集成及验收工作	采购人指定地点	2	台	70000.00	140000.00	无	
检测范围	0~20mg/L, 可调																											
零点漂移	±4%																											
量程漂移	±4%																											
葡萄糖试验	±5% (测量误差)																											
重复性	±4%																											
检出限	≤0.5mg/L																											
实际水样比对试验	±10%																											
合计: 小写: ¥ 1150000.00                      大写: 人民币 壹佰壹拾伍万元整																												

供应商: 杭州泽天春来科技股份有限公司 (企业电子签章)

法定代表人或委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章或电子签章)

日期: 2026年4月8日